manuale utente
Italiano

PCR Workstation

PCR1000

mu PCR1000-IM/Italian/Rev.B0/11-12

Hoefer®

Indice

Informazioni Importanti ii
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)..... vii
Informazioni sulla sicurezza..... viii
Specificazioni..... ix
Utilizzo della workstation PCR 1
Installazione e funzionamento della stazione di lavoro PCR 3
Smaltimento 5
Garanzia 6
Attenzione 6
Informazioni per l'ordinazione..... 7

Informazioni Importanti – Italiano

- Se quest'apparecchiatura è usata in un modo specificato da Hoefer, Inc. la protezione fornito dall'apparecchiatura potrebbe essere indebolita.
- Questo strumento è disegnato per l'uso di laboratorio interno solo.
- Solo gli accessori e le parti hanno approvato o hanno fornito da Hoefer, Inc. potrebbe essere usato per operare, per mantenere, e per revisionare questo prodotto.
- Avvertendo! Perché questo strumento può sviluppare il voltaggio sufficiente e la corrente di produrre una scossa letale, la cura deve essere esercitata nella sua operazione. Questo strumento è disegnato conformemente all'EN61010-1:2001 la norma di sicurezza elettrica. Tuttavia, dovrebbe essere usato degli operatori solo correttamente addestrati. Leggere questo manuale intero prima di usare lo strumento e l'uso solo secondo le istruzioni.
- Lo strumento deve essere sempre usato col piombo di terra della spina di alimentazione correttamente hanno messo a terra alla terra alla presa di corrente principale.
- Usa il filo metallico e l'apparecchiatura solo intatti elettrici specifici per i voltaggi che lei userà. Tutta l'apparecchiatura collegata all'alto voltaggio dovrebbe essere conformemente a EN61010-1:2001.
- Tiene lo strumento come secco e pulito come possibile. Pulire regolarmente con un morbido, per spegnere il panno. Lasciare lo strumento asciuga completamente prima dell'uso.
- Non opera lo strumento nell'umidità estrema (al di sopra di 80%). Evitare la condensazione lasciando l'unità equilibra alla temperatura ambiente quando portare lo strumento da un più freddo a un ambiente più caldo.
- Di permettere raffreddare sufficiente, assicura che gli sbocchi dello strumento non sono coperti.

Duležité Informace – Czech

- Pokud by toto zařízení je použito způsobem, který není podle Hoefer, ochrana poskytovaná na základě Inc. zařízení může být narušena.
- Tento nástroj je určen pro vnitřní použití v laboratoři pouze.
- Pouze příslušenství a části schválen, nebo poskytnutých Hoefer, Inc. mohou být použity pro provoz, údržbu, a údržbě tohoto výrobku.
- Pozor! Protože tento nástroj může vyvinout dostatečný napětí a proud, který má vyrábět a smrtiacej šok, péče musí být vykonávána v jeho provoz.
- Tento nástroj je určen v souladu s EN61010-1:2001 elektrické bezpečnostní normy. Přesto, že by měly být použity pouze řádně vyškolený operátorů. Číst celé toto ruční před použitím nástroje a použití pouze v souladu s pokyny.
- Přístroj musí být vždy používají se na výkonu zemi vést šňůra správně zemněny k zemi na síti výústce.
- Využití pouze nepoškozené elektrické dráty a vybavení pro napětí budete používat. Všechna zařízení spojené s vysokým napětím by měla být v souladu s EN61010-1:2001.
- Si ponechá nástroje jako suchý a čistý jako možné. Otřete pravidelně s a měkké, vlhkým hadříkem. Nechť je nástroj nenastavený úplně před použitím.
- Nejsou provozována na nástroj v extrémní vlhkost (nad 80%). Předešlo kondenzaci o pronájmu jednotky na okolní teplotu nechá při přijímání nástroj z chladnější do teplého prostředí.
- Pro umožnění dostatečné chlazení, zajistit, aby otvory nástroje jsou nevztahuje.

Vigtig Information – Danish

- Hvis dette udstyr bruges i en måde ikke specificeret ved Hoefer, Inc. den beskyttelse, som er blevet forsynet af udstyret kan måske svækkes.
- Dette instrument er designet for indendørs laboratoriumbrug bare.
- Bare tilbehør og del godkendede eller forsynede ved Hoefer, Inc. kan måske bruges for drive, funktionsfejl, og betjening dette produkt.
- Advare! Fordi dette instrument kan udvikle tilstrækkelig spænding og strøm at fremstille et dødbringende chok, skal pleje bruges i dets drift.
- Dette instrument er designet i overensstemmelse med EN61010-1:2001 elektrisk sikkerhedstandard. Alligevel, skulle det bruges bare af passende trænede operatører. Læs denne hel håndbog før bruging instrumentet og brug bare i henhold til instruktionerne.
- Instrumentet skal altid bruges med jordblyet af netledningen rigtigt jordede til jord på hovedledningsudløbet.
- Bruger bare uskadt elektrisk tråd og udstyr, som være specifik for spændingerne du vil bruge. Alt udstyr forbundet til høj spænding skulle være i overensstemmelse med EN61010-1:2001.
- Beholder instrumentet så tør og ren som mulig. Tør regulært med et blødt, fugtigt stof. Lad instrumenttørken komplet før brug.

- Driver ikke instrumentet i yderst fugtighed (ovenfor 80%). Undgå kondensation ved lade enheden equilibrate til omgivende temperatur ved tageen instrumentets fra et koldere til et varmere miljø.
- At tillade tilstrækkelig afkøling, forsikrer, at lufthullerne af instrumentet er ikke dækket.

Belangrijke Informatie – Dutch

- Indien deze uitrusting in een manier wordt gebruikt die niet door Hoefer is gespecificeerd, Nv. de bescherming die door de uitrusting is verzorgd kan worden geschaad.
- Dit instrument is voor binnenlaboratoriumgebruik enkel ontworpen.
- Enkel onderdelen en delen keurden goed of leverden door Hoefer, Nv. kan voor het bedienen worden gebruikt, handhavend en onderhouden van dit product.
- Waarschuwend! Omdat dit instrument voldoende spanning en stroom kan ontwikkelen om een dodelijke schok te produceren, moet zorg in zijn operatie worden geoefend.
- Dit instrument is in overeenstemming met de EN61010-1:2001 elektrische veiligheidsstandaard ontworpen. Niettemin zou het enkel door goed getrainde bedieningslieden moeten worden gebruikt. Lees dit volledige handboek voor het gebruik het instrument en gebruik enkel volgens de instructies.
- Het instrument moet altijd met de aardeleiding van het stroomsnoer correct grondde naar aarde aan het hoofdafzetgebied worden gebruikt.
- Gebruik enkel onbeschadigde elektrische draad en uitrustings specifiek voor de spanningen u zult gebruiken. Alle uitrustingen sloten aan aan hoogspanning zou in overeenstemming met EN61010-1:2001 moeten zijn.
- Houd het instrument zo droge en schone zoals mogelijk Bij. Wis regelmatig met een zacht, temper doek. Verhuur het instrument droogt volledig voor het gebruik.
- Bedien niet het instrument in extreme vochtigheid (bovenstaande 80%). Vermijd condensatie door het verhuren van de eenheid in evenwicht brengt naar omgevingstemperatuur wanneer nemen het instrument van een kouder naar een lievere omgeving.
- Om toe te staan voldoende afkoelen, verzeker dat de luchtopeningen van het instrument niet bedekt zijn.

Important Information – English

- If this equipment is used in a manner not specified by Hoefer, Inc. the protection provided by the equipment may be impaired.
- This instrument is designed for indoor laboratory use only.
- Only accessories and parts approved or supplied by Hoefer, Inc. may be used for operating, maintaining, and servicing this product.
- Warning! Because this instrument can develop sufficient voltage and current to produce a lethal shock, care must be exercised in its operation.
- This instrument is designed in accordance with the EN61010-1:2001 electrical safety standard. Nevertheless, it should be used only by properly trained operators. Read this entire manual before using the instrument and use only according to the instructions.
- The instrument must always be used with the earth lead of the power cord correctly grounded to earth at the mains outlet.
- Use only undamaged electrical wire and equipment specific for the voltages you will use. All equipment connected to high voltage should be in accordance with EN61010-1:2001.
- Keep the instrument as dry and clean as possible. Wipe regularly with a soft, damp cloth. Let the instrument dry completely before use.
- Do not operate the instrument in extreme humidity (above 80%). Avoid condensation by letting the unit equilibrate to ambient temperature when taking the instrument from a colder to a warmer environment.
- To permit sufficient cooling, ensure that the vents of the instrument are not covered.

Tärkeää Tietoa – Finnish

- Jos tätä varusteita käytetään tavassa ei määritetty Hoeferille, Inc. suojelu ehkäisty varusteille saattaa olla avuton.
- Tämä väline suunnitellaan sisälaboratoriokäytölle vain.
- Vain lisävarusteet ja osat hyväksyivät tai toimitti Hoeferin oheen, Inc.:ää voi käyttää käyttämiselle, valvoalle, ja servicing tämä tuote.
- Varoittaminen! Koska tämä väline voi kehittää riittävä jännitteen ja virran tuottaa kuolettavan järkytyksen, huolta täytyy harjoittaa toiminnossaan.
- Tämä väline suunnitellaan EN61010-1:2001 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti. Silti pitäisi käyttää vain ohi oikeasti koulutetut käyttäjät. Lue tämä

kokonainen manuaalinen ennen välinettä ja käyttö vain ohjeiden mukaan.

- Välinettä täytyy käyttää aina valtanuoran maalyijystä perusti oikein maadoittaa sähköverkkoaukossa.
- Käyttää vain undamaged sähkömetallilankaa ja varusteita, täsmällinen jännitteille käyttää. Kaikki varusteet yhdistetty korkeaan jännitteeseen pitäisi olla EN61010-1:2001IN mukaisesti.
- Pitää välineen yhtä kuiva ja puhdas kuin mahdollinen. Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla kankaalla. Anna väline kuivua täysin ennen käyttöä.
- Ei käytä välinettä extreme-ilmankosteudessa (80%)n yläpuolella. Vältä tiivistymistä antamalla yksikön equilibrate ympäröivään lämpötilaan kun ottaminen väline kylmempi lämpimämpään ympäristöön.
- Sallia riittävän jäähdyttäminen, varmistaa että välineen ilmareiät peitetään.

Information Importante – French

- Si cet équipement est utilisé dans une manière pas spécifié par Hoefer, Inc. la protection fourni par l'équipement pourrait être diminuée.
- Cet instrument est conçu pour l'usage de laboratoire intérieur seulement.
- Seulement les accessoires et les parties ont approuvé ou ont fourni par Hoefer, Inc. pourrait être utilisé pour fonctionner, maintenir, et entretenir ce produit.
- Avertissant! Parce que cet instrument peut développer la tension et le courant suffisants pour produire un choc mortel, le soin doit être exercé dans son opération.
- Cet instrument est conformément conçu à l'EN61010-1:2001 norme de sécurité électrique. Néanmoins, il devrait être seulement utilisé par les opérateurs convenablement entraînés. Lire ce manuel entier avant utiliser l'instrument et l'usage seulement selon les instructions.
- L'instrument toujours doit être utilisé avec l'avance de terre du cordon d'alimentation correctement a fondé à la terre à la sortie principale.
- Utiliser le fil et l'équipement électriques seulement intacts spécifiques pour les tensions que vous utiliserez. Tout équipement connecté à haute tension devrait être conformément à EN61010-1:2001.
- Garder l'instrument aussi sec et propre comme possible. Essuyer régulièrement avec un doux, étouffer du tissu. Laisser l'instrument sèche complètement avant l'usage.
- Ne pas fonctionner l'instrument dans l'extrême humidité (au-dessus de 80%). Eviter la condensation en laissant l'equilibrate d'unité à la température ambiante en prenant l'instrument d'un plus froid à un environnement plus chaud.
- Permettre le refroidissement suffisant, garantir que les conduits de l'instrument ne sont pas couverts.

Wichtige Informationen – German

- Wenn diese Ausrüstung gewissermaßen nicht angegeben durch Hoefer, Inc verwendet wird, kann der durch die Ausrüstung zur Verfügung gestellte Schutz verschlechtert werden.
- Dieses Instrument wird für den Innenlaborgebrauch nur dafür entworfen.
- Nur Zusätze und Teile genehmigten oder lieferten durch Hoefer, Inc kann für das Funktionieren, das Aufrechterhalten, und die Wartung dieses Produktes verwendet werden.
- Die Warnung! Weil dieses Instrument genügend Stromspannung und Strom entwickeln kann, um einen tödlichen Stoß zu erzeugen, muss Sorge in seiner Operation ausgeübt werden.
- Dieses Instrument wird in Übereinstimmung mit dem EN61010-1:2001 elektrischen Sicherheitsstandard dafür entworfen. Dennoch sollte es nur von richtig erzogenen Maschinenbedienern verwendet werden. Lesen Sie dieses komplette Handbuch vor dem Verwenden des Instrumentes und verwenden Sie nur gemäß den Instruktionen.
- Das Instrument muss immer mit der Erdleitung der Macht-Schnur richtig niedergelegt zur Erde am Hauptausgang verwendet werden.
- Nur unbeschädigte elektrische Leitung und Ausrüstung spezifisch für die Stromspannungen verwenden, die Sie verwenden werden. Die ganze mit der Hochspannung verbundene Ausrüstung sollte in Übereinstimmung mit EN61010-1:2001 sein.
- Das Instrument ebenso trocken halten und reinigen wie möglich. Wischen Sie regelmäßig mit einem weichen, befeuchten Sie Stoff. Lassen Sie das Instrument trocken völlig vor dem Gebrauch.
- Das Instrument in der äußersten Feuchtigkeit (über 80 %) nicht bedienen. Vermeiden Sie Kondensation, die Einheit equilibrate zur Umgebungstemperatur laßend, wenn Sie das Instrument von einem kälteren bis eine wärmere Umgebung nehmen.
- Um das genügend Abkühlen zu erlauben, stellen Sie sicher, dass die Öffnungen des Instrumentes nicht bedeckt werden.

Viktig Informasjon – Norwegian

- Hvis dette utstyret blir brukt i en måte ikke spesifisert ved Hoefer, Inc. beskyttelsen som ha blitt git av utstyret kan bli svekket.
- Dette instrumentet er utformet for innendørs laboratoriumbruk bare.
- Bare tilbehør og deler godkjente eller forsynte ved Hoefer, Inc. kan bli brukt for drive, vedlikeholde, og betjene dette produktet.
- Varsler ! Fordi dette instrumentet kan utvikle tilstrekkelig spenning og strøm til å produsere et dødelig sjokk, må bli øvd bekymring i dets drift.
- Dette instrumentet er utformet i samsvar med EN61010-1:2001 elektrisk sikkerhetsstandard. Likevel burde bli brukt det bare av skikkelig utdannede operatører. Les denne hele håndboken før bruking instrumentet og bruken bare gi til instruksjonene.
- Instrumentet må alltid bli brukt med jorden blyet av kraftkabelen som riktig ha blitt jordet til jord på hovedledningen utløp.
- Bruker bare uskadd elektrisk ledningsfremføring og utstyr som er spesifikk for spenningene du vil bruke. All utstyr koplet til høyspenning burde være i samsvar med EN61010-1:2001.
- Beholder instrumentet som tørker og rengjør som mulig. Visk regulært med et mykt, fuktig stoff. La instrumentet tørker komplett før bruk.
- Driver instrumentet i ekstrem fuktighet ikke (ovenfor 80%). Unngå kondensasjon ved å la enheten equilibrate til omgivelsestemperatur ved taen instrumentets fra et kaldere til et varmere miljø.
- Til å tillate tilstrekkelig kjølig, sikrer at ventilasjonsåpningene av instrumentet er ikke dekket.

Wazne Informacje – Polish

- Jeżeli ten sprzęt jest wykorzystywany w sposób nie określone przez Hoefer, Inc. do ochrony przewidzianej przez urządzenie może zostać obniżony.
- Instrument ten jest przeznaczony do użytku w laboratoriach kryty tylko.
- Tylko akcesoriów i części zatwierdzone lub dostarczone przez Hoefer, Inc. mogą być wykorzystane do eksploatacji, utrzymania i obsługi tego produktu.
- Uwaga! Ponieważ ten akt prawny może być rozwinięcie odpowiednich napięcie i bieżących do wyprodukowania śmiertelnego szoku, opiekę musi być wykonywane w działaniu.
- Ten instrument został zaprojektowany zgodnie z tym EN61010-1: 2001 Bezpieczeństwo elektryczne standard. Niemniej jednak, należy stosować jedynie przez odpowiednio przeszkoleni operatorów. Znajdą państwo to cały podręcznika przed zastosowaniem instrumentu i stosować jedynie zgodnie z instrukcjami.
- Instrument musi zawsze być wykorzystane z ziemi doprowadzić do zasilania detonującego właściwie uzasadnione na ziemię w sieci wodociągowej rynku zbytu.
- Wykorzystanie tylko nieuszkodzona elektrycznych drutów i urządzenia specjalne do napięć zapłacą wykorzystania. Wszystkie urządzenia podłączone do wysokiego napięcia powinny być zgodne z EN61010-1: 2001.
- Kontrolować instrumentu jako suche i czyste jak to możliwe. Wytrzeć regularnie przy pomocy miękkiego wilgotnej szmatki. Niech się instrumentem całkowicie wysuszyć przed użyciem.
- Nie prowadzą do instrumentu w skrajnych wilgotności (powyżej 80%). Zapobiec kondensacji najmu przez jednostkę równoważyć do temperatury pokojowej przy podejmowaniu instrumentu z chłodniejsze w cieplejszych środowiska.
- Aby umożliwić wystarczające chłodzenia, zapewniają, że rozcięcia of the instrument nie objęte ubezpieczeniem.

Informações Importantes – Portuguese

- Se este equipamento é usado numa maneira não especificada por Hoefer, Inc. que a protecção fornecida pelo equipamento pode ser comprometida.
- Este instrumento é projectado para uso de interior de laboratório só. Só acessórios e partes aprovaram ou forneceu por Hoefer, Inc. pode ser usada para operar, manter, e servicing este produto.
- Advertindo! Porque este instrumento pode desenvolver voltagem suficiente e corrente produzir um choque letal, cuidado deve ser exercitado em sua operação.
- Este instrumento é projectado de acordo com o EN61010-1:2001 condição de segurança eléctrica. Não obstante, deve ser usado só por operadores adequadamente treinados. Leia este manual inteiro antes de usar o instrumento e use só de acordo com as instrucções.
- O instrumento sempre deve ser usado com o chumbo de terra do cordão de poder corretamente baseou a terra nos canos saída principais.
- Usa fio eléctrico só intacto e equipamento específico

para as voltagens que você usará. Todo equipamento conectado a voltagem alta deve ser de acordo com EN61010-1:2001.

- Mantem o instrumento tão seco e limpo como possível. Limpe regularmente com um pano húmido macio. Deixe o instrumento secar completamente antes de uso.
- Não opera o instrumento em humidade extrema (acima de 80%). Evite condensação deixando o equilibrate de unidade a temperatura ambiental quando tomar o instrumento de um mais frio a um ambiente mais quente.
- Permitir esfriar suficiente, assegura que as aberturas do instrumento não são cobertas.

Información Importante – Spanish

- Si este equipo es utilizado en una manera no especificado por Hoefer, S.a. la protección proporcionado por el equipo puede ser dañada.
- Este instrumento es diseñado para el uso interior del laboratorio sólo. Sólo accesorios y partes aprobaron o suministraron por Hoefer, S.a. puede ser utilizado para operar, para mantener, y para atender a este producto.
- Advirtiendo! Porque este instrumento puede desarrollar voltaje y corriente suficientes para producir un golpe mortal, el cuidado debe ser ejercitado en su operación.
- Este instrumento es diseñado de acuerdo con el EN61010-1:2001 estándar eléctrico de seguridad. No obstante, debe ser utilizado sólo por operarios adecuadamente capacitados. Lea este manual entero antes de utilizar el instrumento y el uso sólo según las instrucciones.
- El instrumento siempre debe ser utilizado con el plomo de la tierra del cable de alimentación molió correctamente a la tierra en la salida de red.
- Utiliza alambre y equipo eléctricos sólo ilesos específicos para los voltajes que usted utilizará. Todo equipo conectado al voltaje alto debe ser de acuerdo con EN61010-1:2001.
- Mantiene el instrumento tan seco y limpio como posible. Enjugue regularmente con un suave, el trapo húmedo. Permita que el instrumento seque completamente antes de uso.
- No opera el instrumento en la humedad extrema (encima de 80%). Evite condensación permitiendo la unidad equilibra a la temperatura ambiente al tomar el instrumento de un más frío a un ambiente más tibio.
- Permitir refrigeración suficiente, asegure que las aberturas del

Viktig Information – Swedish

- om denna utrustning används i ett sätt som inte har specificeras av Hoefer, Inc. skyddet tillhandahöll vid utrustningen kan skadas.
- Detta instrument formges för inomhuslaboratorium användning bara.
- Bara medhjälpare och delar godkände eller levererade vid Hoefer, Inc. kan användas för fungera, underhålla, och servicing denna produkt.
- varna! Därför att detta instrument kan utveckla tillräcklig spänning och ström att producera en dödlig stöt, måste övas omsorg i dess funktion.
- Detta instrument formges i överensstämmelse med EN61010-1:2001 elektriska säkerheten standarden. Icke desto mindre, bör det användas bara av riktigt utbildade operatörer. Läs denna hela handbok före använda instrumentet och använd bara enligt undervisningarna.
- Instrumentet måste alltid användas med jorden blyet av kraften repet riktigt grounded till jorden på det huvudutloppet.
- Använder bara undamaged elektrisk tråd och utrustning specifik för spänningarna du ska använda. All utrustning kopplats som till hög spänning skulle vara i överensstämmelse med EN61010-1:2001.
- Håller instrumentet då torkar och rengör som möjlig. Torka regelbundet med en mjuk, fuktig trasa. Låt instrumentet torka fullständigt före användningen.
- Fungerar inte instrumentet i extrem fuktighet (över 80%). Undvik kondensering vid låta enheten equilibrate till omgivande temperatur när ta instrumentet från en kallare till en varmare miljö.
- Att tillåta tillräcklig kyla, ser till att hålen av instrumentet inte täcks.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Italiano

Questo simbolo indica che i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti come rifiuti municipali indifferenziati e devono invece essere raccolti separatamente. Per informazioni relative alle modalità di smantellamento delle apparecchiature fuori uso, contattare un rappresentante autorizzato del fabbricante.

English

This symbol indicates that the waste of electrical and electronic equipment must not be disposed as unsorted municipal waste and must be collected separately. Please contact an authorized representative of the manufacturer for information concerning the decommissioning of your equipment.

French

Ce symbole indique que les déchets relatifs à l'équipement électrique et électronique ne doivent pas être jetés comme les ordures ménagères non-triées et doivent être collectés séparément. Contactez un représentant agréé du fabricant pour obtenir des informations sur la mise au rebut de votre équipement.

German

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische und elektronische Geräte, die nicht mit dem gewöhnlichen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat behandelt werden müssen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Beauftragten des Herstellers auf, um Informationen hinsichtlich der Entsorgung Ihres Gerätes zu erhalten.

Spanish

Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe tirarse con los desechos domésticos y debe tratarse por separado. Contacte con el representante local del fabricante para obtener más información sobre la forma de desechar el equipo.

Swedish

Denna symbol anger att elektriska och elektroniska utrustningar inte får avyttras som osorterat hushållsavfall och måste samlas in separat. Var god kontakta en auktoriserad tillverkarrepresentant för information angående avyttring av utrustningen.

Informazioni sulla sicurezza

Queste unità sono in grado di fornire tensione potenzialmente mortale anche quando è collegato a una fonte di alimentazione e devono essere utilizzati solo da personale tecnico addestrato.

Si prega di leggere il manuale dell'operatore intero prima di utilizzare l'unità.

Queste unità sono conformi alle legge requisiti di sicurezza CE:

DIRETTIVA 98/79/CE DIAGNOSTICO IN VITRO del 27 ottobre 1998

73/23/CEE: DIRETTIVA BASSA TENSIONE:

IEC 1010-1:1990 più modifica 1:1992

EN 61010-1:1993/EN 61010-1:1993 BS

89/336/CE: La direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica

Queste unità sono conformi alla normativa RoHS.

Hoefer pcr workstation sono progettati per garantire una lunga durata e risultati riproducibili in laboratorio. Pochi istanti trascorsi a leggere queste istruzioni farà in modo che le vostre aspettative si riflettono il successo nell'uso dell'apparecchio.

In primo luogo verificare che l'apparecchio è stato ricevuto completo ed integro della spedizione successiva. Eventuali guasti o perdite devono essere comunicati al Hoefer immediatamente. Hoefer non si assume alcuna responsabilità per le merci restituite senza preavviso.

Fare riferimento alla lista di imballaggio e verificare che tutti i componenti e gli accessori sono presenti.

Conservare tutti gli imballaggi e dei materiali fino a quando il periodo di garanzia è scaduta.

Specificazioni

Applicazione: Per uso solo laboratorio.

Paese d'origine: Stati Uniti d'America

Produttore:

Hoefer, Inc.
84 October Hill Road
Holliston, MA 01746
Numero verde: 1-800-227-4750
Telefono: 1-508-893-8999
Fax: 1-508-893-0176
E-mail: support@hoeferinc.com

Costruzione:

Dimensioni (A×L×P):	770 × 560 × 420mm (esterno) 750 × 540 × 400mm (interno)
Acrilico Spessore:	10 mm, conferisce una protezione contro i raggi UV di lunghezza d'onda e ad alta energia β-emettitori
Alimentazione di rete:	105–250 V AC, 50–60 Hz
Fusibile di rete:	2,5 Amp
White Light:	1 × 15 Watt; lunghezza d'onda visibile
Luce UV-C:	4 × 15 Watt; 254 nm lunghezza d'onda
Controllo Timer:	0–120 minuti
Peso:	19 Kg

Condizioni ambientali

- Questo apparecchio è destinato solo per uso interno.
- Questo apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro ad una altitudine di 2000 m.
- Il normale intervallo di temperatura di esercizio è compresa tra 40 °C e 65 °C.
- Umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C con diminuzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40 °C.
- Il dispositivo è classificato GRADO DI INQUINAMENTO 2 secondo IEC 664. GRADO DI INQUINAMENTO 2, stabilisce che: “Normalmente solo inquinamento non conduttivo si verifica. Occasionalmente, tuttavia, una conduttività temporanea causata dalla condensa si deve aspettare”.

Sicurezza UV

Gli armadi sono realizzati in un materiale impermeabile alla luce UV. Interruttori di sicurezza per le porte immediatamente spegnere le luci UV, quando le porte sono aperte, tuttavia, si consiglia di occhiali di sicurezza sono indossati quando le luci UV sono come raggi UV possono danneggiare irrimediabilmente gli occhi e la pelle.

Utilizzo della workstation PCR

Introduzione

Il Hoefer® PCR Workstation fornisce effettiva decontaminazione di reagenti e le attrezzature prima di effettuare sensibili reazioni PCR, in particolare quando amplificare sequenze di DNA che sono o in quantità limitata o di basso numero di copie. Quattro temporizzate lampade UV 16 Watt consentono all'utente di controllare il tempo di esposizione e la dose di irradiazione UV ad alta energia richiesta per denaturare acidi nucleici che causano la contaminazione di fondo indesiderato, mentre un selettore di correzione timer permette la sorgente UV di rimanere indefinitamente se preferito. Interblocchi di sicurezza spegnimento delle lampade UV automaticamente quando le ante laterali sono aperti, prevenire l'esposizione accidentale alla sorgente UV. Costruzione del cabinet da UV impermeabile acrilico 10 millimetri serve anche come una barriera efficace contro isotopi radioattivi, permettendo all'utente di lavorare in piena sicurezza con elevata energia β-emettitori come 32P. Una lampadina luce bianca illumina l'area di lavoro quando il mobile è in uso.

Vantaggi Includere

1. **Quattro 16-Watt lampade UV** — generare sufficiente energia ad alta irradiazione UV per denaturare acidi nucleici in appena 30 minuti, riducendo al minimo la contaminazione di fondo indesiderato nelle reazioni PCR.
2. **Riflettori ottimali** — fornire irradiazione uniforme di tutta l'area superficie di lavoro all'interno del cabinet.
3. **Timer di controllo** — permette il controllo totale all'utente nel corso del tempo di esposizione e ai raggi UV-dosaggio.
4. **Interruttore Timer esclusione** — per irradiazione UV costante.
5. **Interblocchi di sicurezza** — Subito tagliare la sorgente UV quando le porte laterali si aprono, prevenire l'esposizione accidentale ai raggi UV.
6. **10 mm acrilico ottico** — agisce come una barriera di sicurezza a raggi UV e α e β, permettendo l'armadio per essere usato come una stazione di lavoro radiazioni se preferito.
7. **White Light** — illumina l'area di lavoro quando l'armadio è in uso.
8. Consigliato per l'uso con il RPP-TY6854 vasca di sicurezza e RPP-TL6854 easy-clean liner vassoio (non incluse).

Installazione e funzionamento della stazione di lavoro PCR

A. Installazione

1. Dalla tua partenza mobile e cavo di alimentazione per eventuali danni. NON usare se il sistema mostra alcun segno di danno.
2. Posizionare il mobile su una superficie piana, con una vasca di sicurezza, se necessario.
3. Collegare il cavo di alimentazione al retro del cabinet e inserire in una presa di messa a terra di rete.

B. Utilizzo delle luci UV

Nota: Le luci UV non funziona quando le porte sono aperte.

Nota: Le luci bianche non sono gestiti dal timer e rimane accesa quando le porte sono aperte.

1. Posizionare gli oggetti da sterilizzare all'interno dell'armadio e chiudere le porte laterali.
2. Spegnere l'interruttore di 'Power' in posizione ON.
3. Ruotare il timer per il tempo desiderato. Venti minuti è un tempo sufficiente per sterilizzare la maggior parte dei pezzi di attrezzature. Le luci UV si accende automaticamente e poi si spegne dopo il tempo impostato.
4. Se le luci UV sono tenuti a rimanere in permanenza sul, quindi accendere l'interruttore della luce UV in posizione ON. Questo avrà la precedenza il timer.

C. Con le White Light

1. Spegnere l'interruttore di 'Power' in posizione ON.
2. Spegnere l'interruttore del 'White Light' in posizione ON.

D. Generale cura e manutenzione

- Il dispositivo deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione prima di pulire.
- Prima dell'uso, pulire e asciugare l'apparecchio con acqua distillata.

NON utilizzare spugne abrasive, detergenti, creme o pagliette. Componenti secchi con tessuti puliti prima dell'uso. Il mobile non deve essere utilizzato su o sopra superfici pulite con idrocarburi aromatici o alogenati, chetoni, esteri, dell'alcol (oltre il 25%) e acidi (oltre il 25%) o in cui tali composti sono stati utilizzati a causa del rischio di vapori danneggiare l'acrilico.

IMPORTANTE: plastica acrilica non è resistente a idrocarburi alogenati o aromatici, chetoni, esteri, dell'alcol (oltre il 25%) e acidi (oltre il 25%). Essi non devono essere utilizzati per la pulizia.

Non ci sono parti interne riparabili dell'operatore questa unità. Se la potenza dovesse fallire, l'unità deve essere restituita al centro di assistenza autorizzato.

E. Sostituzione delle lampade

ATTENZIONE: Le lampade diventano molto caldi durante l'uso. Assicurarsi che le luci si siano raffreddati prima di rimuoverle.

Nel corso del tempo, le lampade diminuiranno nel loro produzione. Pertanto si raccomanda che tutte le lampade sono cambiati contemporaneamente, per efficienza uniforme. Si prega di utilizzare un tecnico qualificato di sicurezza per sostituire e verificare il funzionamento delle lampade.

1. Rimuovere il cavo di alimentazione dal retro dell'unità.
2. Per rimuovere le lampade aprire entrambe le porte di sicurezza pienamente e con entrambe le mani, ruotare le lampade un quarto di giro. Le lampade usciranno dalle orbite.
3. Per inserire nuove lampade, posizionare le lampade in orbite e ruotare finché non fissarla.
4. Sostituire il cavo di alimentazione e il mobile controllato da un tecnico della sicurezza qualificato.

Smaltimento

Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo del cassonetto barrato ruote per indicare che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati.

Invece è responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature correttamente al ciclo di vita-end consegnandole presso un centro autorizzato per la raccolta differenziata e il riciclaggio.

E 'anche la vostra responsabilità di decontaminare l'apparecchiatura in caso di contaminazione biologica, chimica e/o contaminazione radioattiva, in modo che le persone coinvolte nello smaltimento e riciclaggio delle apparecchiature sono protette da qualsiasi potenziale pericolo.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il rivenditore locale presso il quale è stato acquistato l'apparecchio in origine.

In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse naturali e ambientali e si è sicuri che la vostra attrezzatura sia riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana.

Grazie

Garanzia

Hoefer garantisce che il mobile che avete ricevuto è stato accuratamente testato e conforme alle caratteristiche riportate.

Questa unità (esclusi tutti gli accessori) è garantito contro difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di spedizione franco fabbrica.

Hoefer riparerà tutte le parti difettose restituite durante il periodo di garanzia senza spese, a condizione che l'apparecchio è stato utilizzato in condizioni normali di laboratorio e in conformità con i limiti operativi e le procedure di manutenzione descritte in questo manuale di istruzioni e quando non essendo stato oggetto di incidenti, alterazioni, uso improprio o abuso.

Si declina ogni responsabilità per perdite o danni derivanti da un uso improprio di questa unità. Hoefer responsabilità è limitata alla riparazione o alla sostituzione del gruppo o il rimborso del prezzo di acquisto, a discrezione di Hoefer. Hoefer non è responsabile per eventuali danni conseguenti.

Hoefer si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti senza alcun preavviso. Questo ci permetterà di implementare gli sviluppi non appena si presentano.

Hoefer prodotti sono per uso di ricerca.

L'autorizzazione di ritorno devono essere ottenuti da Hoefer prima di restituire qualsiasi prodotto.

Attenzione

NON tentare di rimuovere il rivestimento esterno o fare le riparazioni a questo o altri prodotti elettrici Hoefer, ogni unità deve fallire.

Contattare Hoefer se la necessità per la riparazione o il servizio è richiesto.

Informazioni per l'ordinazione

Prodotto	Qty.	Catalog No.
PCR Workstation UV sterilizzazione gabinetto per 115 VAC	1	PCR1000-115V
UV sterilizzazione gabinetto per 230 VAC	1	PCR1000-230V

Accessori

UV lampada germicida, 15 W, 254 nm	1	PCR-UVLS
Radiation Safety Vassoio, 68 × 54 cm	1	RPP-TY6854
Liners, 68 × 54 cm	25/pk	RPP-TL6854

Hoefer, Inc.
84 October Hill Road
Holliston, MA 01746

Numero verde: 1-800-227-4750
Telefono: 1-508-893-8999
Fax: 1-508-893-0176
E-mail: support@hoeferinc.com
Web: www.hoeferinc.com

Hoefer è un marchio registrato di Hoefer, Inc.

© 2012 Hoefer, Inc.
Tutti i diritti riservati.

Stampato negli USA.

Hoefer®